

Nabava laboratorijskog pribora, evidencijski broj nabave: 09-2021-JD-100

Pojašnjenje na postavljena pitanja od strane poslovnog subjekta

Vežano uz stavku 70 *Lijevak plastični PP d:300mm 54/30; Mobil Plastic* i pitanja o dužini i promjeru:

Naručitelj ima na postajama već postavljene stalke za uzorkovanje oborine i navedeni lijevak u Troškovniku odgovara dimenzijama tih stalaka te se navedena stavka ne može mijenjati.

Vežano uz stavku 105:

Traženi kataloški broj za stavku je dobar, u Troškovniku se mijenja opis stavke u *Large PUF (Polyurethane Foam) plug/cartridge, unwashed, 6 cm OD x 7.6 cm L, Restek 22954 10-pk*

Vežano uz pitanja za količine za stavke 77, 112, 113, 119 i 123:

Količine u Troškovniku su okvirne te se stavka s količinama neće mijenjati.

Vežano uz pitanje jednakovrijednosti za stavke 70, 79 i 80:

S obzirom da naručitelj ima akreditirane metode ne prihvaća se jednakovrijednost.

U Zagrebu, 14.09.2021.


