

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Analitička vaga Mettler Toledo XSR304 – 1 kom

TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PONUDITELJA (Molim upisati tehničke karakteristike ponuđenog uređaja)
Kapacitet: minimalno 320 g ili više	
Očitanje: 0,1 mg za odvage do minimalno 320 g	
Ponovljivost tipična pri 5% opterećenja: 0,04 mg ili manje	
Vrijeme stabilizacije: 1,5 s ili manje	
Staklena mjerna komora za vaganje sa motoriziranim otvaranjem	
Svjetlosni signal vidljiv na terminalu vage koji označava da li je vaga spremna za rad	
Terminal vage u boji uz rad dodirrom ikona na ekranu („touch screen“)	
Na vagi ugrađeni USB i LAN komunikacijski kanali za mogućnost prebacivanja rezultata na računalo ili u softver	
Kontrola niveliranja vage sa upozorenjem i grafičkim navođenjem podešavanja vage u ravninu na samom ekranu vage	
Mogućnost pohrane metoda (postupaka) u vagu preko njenog terminala	
Mogućnost rastavljanja staklenog pokrova vage i pranja istog u perilici	
Umjernica prema ISO 17025 normi (koja se izrađuje i predaje prilikom instalacije vage)	
Jamstvo: 12 mjeseci	
Serviser mora biti ovlašten i imati certifikat proizvođača za servise navedene ili slične opreme	
Izlazak serviseru u roku od 48h od kvara	
Edukacija 5 korisnika	

Vrijeme isporuke: 30 dana

Mjesto instalacije: Služba kemijski laboratorij, Avenija V. Holjevca 20, Zagreb (unutar Brodarskog instituta)